

BL24 Ø182: STIPENDIATLABORATORIUM

Hoved-/romansvarlig: Trond Vidar Hansen

Opplæringsansvarlig: Trond Vidar Hansen

AKTIVITETER

Generelt laboratoriearbeid

Instrumenter/utstyr

Navn/type	Instrumentansvarlig	Opplæringsansvarlig
2vekter	Anne H. Bjerke	Anne H. Bjerke
2 rotavapor	Anne H. Bjerke	Anne H. Bjerke
2 varmeskap	Anne H. Bjerke	Anne H. Bjerke
1 UV-lamper	Anne H. Bjerke	Anne H. Bjerke
4 magnetrørere/varmeplater	Anne H. Bjerke	Anne H. Bjerke
1 membranpumper	Anne H. Bjerke	Anne H. Bjerke
2 trykksatte Argon gassflasker, 50 L	Anne H. Bjerke	Anne H. Bjerke
1 varmemantel	Anne H. Bjerke	Anne H. Bjerke
1 kjølfrys	Anne H. Bjerke	Anne H. Bjerke

RISIKOVURDERING

Risiko	Forebyggende tiltak
Ulykker og skader på grunn av feil bruk av instrumenter og utstyr	Les SOP eller bruksanvisning før bruk Bruk alltid beskyttelsesbriller
Eksponering for helseskadelige kjemikalier	Se i sikkerhetsdatablad for riktig håndtering av kjemikalier Bruk personlig verneutstyr ved håndtering av kjemikalier
	Alle eksperimenter skal utføres i avtrekkskap
	Kjemikaliesøl skal tørkes umiddelbart
	Kjemikalier skal oppbevares i kjemikalieskap når de ikke er i bruk
	Arbeidsbenkene skal ryddes og rengjøres etter bruk
Ulykker og skader ved arbeid med gass under trykk	Se avsnittet "Laboratoriet: Sikkerhet og arbeidsmiljø" i HMS-håndboka for riktig bruk og håndtering av gassflasker

HMS – installasjoner

- Nøddusj (5 m utenfor døren)
- Brannslukningsutstyr
- Brannteppe
- PLUM øyeskyller
- Førstehjelpsskrin
- Gassmaske