

## BL24 Ø188: Rotavaporrom (lånes fra Kjemisk institutt)

Hoved-/romansvarlig: Trond Vidar Hansen

Opplæringsansvarlig: Anne H. Bjerke

### Aktiviteter:

Inndamping av løsningsmidler

### Instrumenter/utstyr

Navn/type	Instrumentansvarlig	Opplæringsansvarlig	Anmerkninger
4 rotavaporer IKA	Anne H. Bjerke	Anne H. Bjerke	Ansvarlig fra Kjemisk institutt: Elhoussine Merrachi
2 membranpumper VacuuBrand	Anne H. Bjerke	Anne H. Bjerke	Ansvarlig fra Kjemisk institutt: Elhoussine Merrachi

### RISIKOVURDERING

Risiko	Forebyggende tiltak
Feil bruk av instrumenter og utstyr	Les SOP eller bruksanvisning før bruk
Eksponering for helseskadelige kjemikalier	Se i sikkerhetsdatablad for riktig håndtering av kjemikalier
	Bruk personlig verneutstyr ved håndtering av kjemikalier
	Kjemikaliesøl skal tørkes umiddelbart
	Arbeidsbenkene skal ryddes og rengjøres etter bruk

### HMS – installasjoner

- Nøddusj (i naborommet, Ø187)
- Brannslukningsutstyr CO<sub>2</sub> (rett utenfor døren)
- Brannslukningsutstyr ABC-pulver (rett utenfor døren)
- Brannslange vann (rett utenfor døren)
- 20 avtrekkskap
- Førstehjelpsskrin